

De draagbare oplossing



RENASYS[®] GO, de draagbare oplossing voor negatieve druktherapie

Negatieve druktherapie is het gebruik van lokale negatieve druk ter bevordering van de wondgenezing bij acute en chronische wonden. RENASYS GO is een draagbare, lichtgewicht unit met een discreet en ergonomisch ontwerp waardoor uw patiënt de therapie kan voortzetten terwijl hij zijn dagelijks leven weer opneemt.



De draagbare oplossing

RENASYS GO is een draagbare lichtgewicht unit, door zijn formaat en ergonomie zeer geschikt voor de mobiele patiënt.

Eenvoudig in gebruik

Intuïtieve bediening met een helder display dat de huidige instellingen weergeeft.

Comfort en discretie voor uw patiënt

Zeer stil en compact systeem zorgt voor een discrete en comfortabele therapie, minder belastend en daardoor een betere acceptatie door uw patiënt.

- Gemakkelijk te reinigen.
- Discrete beschermhoes.

Zeer licht

Lichtgewicht (1,1 kg) en kan gemakkelijk gedragen worden middels schouderriem.

- Kan zowel liggend als hangend gebruikt worden.
- Compact formaat (210 x 175 x 85 mm).
- Geïntegreerde canister.
- Oplaadbare batterij die tot 20 uur meegaat.

Veilig voor u en uw patiënt

Een toetsblokkeringsfunctie en diverse alarmen:

- Laag batterij niveau
- Lekkage
- Volle canister / blokkage van de tubing
- Te lage negatieve druk
- Te hoge negatieve druk
- Toestel niet actief

Indicaties

- Chronische wonden
- Acute wonden
- Traumawonden
- Subacute en dehiscente chirurgische wonden
- Ulcera (zoals diabetische- en decubituswonden)
- Huidflappen en huidtransplantaten
- 2^o graads brandwonden

Voorzorgsmaatregelen

- Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen voor patiënten die:
- Antistollingstherapie of bloedstollingsremmers krijgen, een actieve bloeding hebben of verzwakte bloedvaten of organen
 - Lijden aan moeilijke wondhemostase
 - Niet behandeld zijn voor ondervoeding
 - Niet meewerken aan therapie (non compliant) of weerstand bieden
 - Lijden aan wonden in dichte nabijheid van bloedvaten of delicaat bindweefsel

Contra-indicaties

- Het gebruik van RENASYS GO is gecontraïndiceerd bij de aanwezigheid van:
- Onbehandelde osteomyelitis
 - Blootliggende slagaders, aders, organen of zenuwen
 - Droog necrotisch weefsel
 - Maligniteit in wond (met uitzondering van palliatieve zorg ter verbetering van de levenskwaliteit)
 - Niet-enterische en niet-onderzochte fistels
 - Anastomotische gebieden



Omschrijving	Bestelnummer
RENASYS GO unit	66800164
Canister 300 ml	66800914
Large canister (750/800 ml)	66800916
<i>Accessoires</i>	
Beschermhoes*	66800162
Draagriem*	66800163
Transportkoffer GO	66800586
<i>Reserve onderdelen</i>	
Oplader	66800161
Voedingskabel	66800291
Geurfilter** (per 40)	66800061
O-ring** (per 20)	66800603

* De draagriem en beschermhoes zijn ontwikkeld voor gebruik bij één patiënt.

** De O-ring van de inlaatpoort moet regelmatig visueel worden gecontroleerd. Vervang de O-ring van de inlaatpoort na 3 maanden gebruik. Het wordt aangeraden om het geurfilter na elke patiënt te vervangen of zelfs tussentijds bij dezelfde patiënt indien nodig.

Voor meer informatie raadpleeg de gebruiksaanwijzing (IFU).

www.npwt.com

Wondverzorging

Smith & Nephew B.V.
Kruisweg 637
2132 NB Hoofddorp
T 020-654 39 99, F 020-654 39 38
www.smith-nephew.nl/wound

Smith & Nephew N.V.-S.A.
Hector Henneaulaan 366
1930 Zaventem
T 02 702 29 11, F 02 702 29 04
www.smith-nephew.be/wound

° Handelsmerk van Smith & Nephew

M-B/NL-NL-04-12-386